



A

Delegati dei Poli Territoriali

Direttori di Dipartimento

Direttori dei Centri

Dirigenti di Area

Referenti di Edificio

E, per conoscenza

Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza

Oggetto: Procedura controllo cassette Pronto Soccorso e postazioni DAE

Gent.me, Gent.mi

con la presente nota richiamiamo l'attenzione sulla corretta procedura per la verifica delle cassette del Pronto Soccorso e delle postazioni DAE.

In base al vigente Regolamento di Ateneo per la Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro, l'incaricato all'attuazione delle misure di primo soccorso e BLSD provvede alla verifica del contenuto delle cassette di pronto soccorso di cui all'Allegato I del D.M. 388/2003 ed a quella delle postazioni DAE.

In base al D.M. 388/2003, art. 2, alla cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato I, deve essere costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.

Gli incaricati all'attuazione delle misure di primo soccorso e BLSD pertanto dovranno

- 1) tenere traccia su apposito file o registro delle scadenze di tutte le dotazioni della cassetta del pronto soccorso dell'edificio di appartenenza al fine di poterle reintegrare in caso di scadenza naturale del suo contenuto
- 2) con cadenza mensile verificare la completezza del contenuto delle cassette nonché la piena efficienza del DAE eventualmente presente nell'edificio di appartenenza compilando le check list di cui al link seguente



<https://intranet.unige.it/sicurezza/primo-soccorso>

che saranno da consegnare al Referente di Edificio

- 3) una volta aperta una confezione per utilizzare un prodotto, richiuderla correttamente dopo di che lo stesso potrà essere conservato fino alla sua data di scadenza per utilizzi successivi a meno che, oltre alla scadenza, non sia indicata la durata dopo l'apertura della confezione. In questo caso, una volta aperta la confezione, andrà calcolato l'ultimo giorno in cui sarà ancora possibile usare il prodotto per poi eliminarlo il giorno successivo.

È richiesto di annotare questa nuova data di scadenza sulla confezione.

È importante sottolineare che la data di scadenza dopo l'apertura non può mai essere successiva alla data di scadenza del prodotto impressa sulla confezione.

Una volta superata la scadenza impressa sulla confezione, il prodotto si considera scaduto

- 4) affiggere in corrispondenza di ciascuna cassetta del pronto soccorso i nominativi ed un contatto immediato degli incaricati al Primo Soccorso di afferenza dell'edificio. L'elenco aggiornato si può scaricare al seguente link:

<https://intranet.unige.it/sicurezza/orgsic.shtml>

- 5) in caso di dovuto reintegro, seguire le istruzioni del Regolamento per la Gestione delle Spese Economali di Ateneo, con particolare riferimento agli articoli 5 e 6 e 8 di cui al link seguente

https://unige.it/sites/unige.it/files/documents/Regolamento_spese_economali.pdf

- 6) segnalare al Referente di Edificio qualunque anomalia o necessità (per esempio giustificato fabbisogno di cassetta di pronto soccorso ove non presente, segnaletica inadeguata) al fine di poter garantire sempre la massima efficienza nella gestione di una eventuale emergenza sanitaria
- 7) provvedere a smaltire i prodotti scaduti negli appositi contenitori predisposti all'interno o all'esterno delle farmacie

Allegato del D.M n° 388 del 15 luglio 2003

***Allegato 1* CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO**

(La cassetta la devono tenere tutte le aziende che rientrano nel gruppo A e B)

- GUANTI STERILI MONOUSO (5)
- VISIERA PARASCHIZZI
- Flacone di soluzione cutanea di IODOPOVIDONE al 10% di IODIO da 1 litro (1)
preferire le confezioni piccole
- FLACONI DI SOLUZIONE FISIOLÓGICA (sodio cloruro- 0,9%) da 500 ml (3)
- COMPRESSE DI GARZA STERILE 10 X 10 in buste singole (10)
- COMPRESSE DI GARZA STERILE 18 X 40 in buste singole (2)
- TELI STERILI MONOUSO (2)
- PINZETTE STERILI MONOUSO (2)
- CONFEZIONE DI RETE ELASTICA di misura media (1)
- CONFEZIONE DI COTONE IDROFILO (1)
- CONFEZIONI DI CEROTTI PRONTI ALL'USO (2)
- ROTOLI DI BENDA ORLATA ALTA cm 10 (1)
- ROTOLO DI CEROTTO ALTO cm 2,5 (2)
- LACCI EMOSTATICI (3)
- CONFEZIONE DI GHIACCIO “ pronto uso” (due confezioni)
- SACCHETTI MONOUSO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SANITARI (2)
- TERMOMETRO
- APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA

Pocket mask (in assenza di DAE, nella cui postazione deve essere sempre presente pocket mask)

R.S.P.P.
Dott. Marco Lisciottó

firmato digitalmente

Medico Competente Coordinatore
Prof. Paolo Durando

firmato digitalmente