

Adempimenti per l'applicazione del D.L. 206/2001
(uso confinato di microrganismi geneticamente modificati)

Articolo	Incombenza	Uso confinato
5	Valutazione del rischio per impiego confinato	Sempre
6 (comma 1a)	Misure di contenimento	Sempre
(comma 1b)	Registrazione delle operazioni eseguite	Sempre
(comma 2)	Riesame della valutazione del rischio	Classe 1-2 (ogni 3 anni) Classe 3-4 (annuale)
	Comunicazioni variazioni al Ministero	Sempre (immediato)
7	Notifica d'impianto al Ministero della Sanità	Sempre
9	Notifica d'impiego dei microrganismi geneticamente modificati al Ministero della Sanità	Classe 2 (a)
10	Notifica d'impiego dei microrganismi geneticamente modificati al Ministero della Sanità	Classe 3-4
16	Comunicazioni in caso d'incidente	Sempre (immediato)

N.B. I numeri si riferiscono alle classi di pericolosità dei microrganismi geneticamente modificati indicate nel D.L. 206/2001

(a) per la classe 1 è previsto che nella notifica d'impianto venga anche effettuata una sintetica descrizione del tipo d'impiego che s'intende compiere, senza presentare ulteriore notifica.